

Korrektes Wiegen in der Apotheke

Auswahl der Waage		
Nicht vergessen		<p>Geeignete Waage ausgewählt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p><u>Empfehlung:</u> Tätigen Sie Einwaagen fester Wirkstoffe unter 1 g grundsätzlich auf der Feinwaage.</p>
Korrektes Waagenmanagement		
Nivellierung		<p>Hat die Waage einen festen Stand?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Benutzungstägliche Kontrolle der Libelle durchgeführt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p>
Justierung		<p>Justierung über die „CAL“/„IsoCAL“-Funktion durchgeführt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Die Justierung sollte mind. benutzungstäglich bzw. nach jeder Veränderung durchgeführt werden.</p>
Kalibrierung		<p>Intervalle für die Durchführung der Funktionsprüfung festgelegt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Funktionsprüfung mit externen Prüfgewichten durchgeführt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Die Funktionsprüfung mit externen Prüfgewichten sollte in regelmäßigen Intervallen erfolgen. Die <b>Intervalle sollten individuell und risikobasiert selbst festgelegt</b> werden und können von wöchentlich bis hin zu maximal halbjährlich reichen. Verwenden Sie Prüfgewichte in der oberen Hälfte des jeweiligen Wägebereichs der Waage. Es gilt für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Empfindlichkeit (einmalige Bestimmung der Masse):</li> </ul> $\frac{m-l}{m} * 100 \% \leq 0,05 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Wiederholbarkeit (Sechsfachbestimmung der Masse):</li> </ul> $s \leq 2d$ <p>wobei <math>m</math>= nominaler Wert, <math>l</math>= angezeigter Wert, <math>s</math>= Standardabweichung und <math>d</math>= Teilungswert</p>
Eichung		<p>Eichfrist von 2 Jahren nach Mess- und Eichverordnung eingehalten?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p>
Mindesteinwaage		<p>Mindesteinwaage <math>m_{\min}</math> nach DAC/NRF 1.2.9.3. ermittelt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p>

